



**QCMD**  
Quality Control for Molecular Diagnostics

# Zertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass

Department of Virology, Max von Pettenkofer-  
Institut  
Ludwig Maximilians Universität  
Munich, Germany

im Ringversuch

QCMD 2023 Human Immunodeficiency Virus RNA EQA Programme -  
Challenge S

bei folgenden Untersuchungen die Anforderungen erfüllt hat:

Test category	Regulatory	Performance level	Validity of certificate
Quantitative	Rili-BÄK B3	Acceptable	12 months

*Rili-BÄK-pflichtige Parameter sind entsprechend gekennzeichnet*

*Eine akzeptable Performance ist wie folgt definiert:*

*Qualitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen richtig bestimmt worden sein.*

*Quantitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen innerhalb des Bewertungsintervalls  $<+/-0.6>\log_{10}$   $<\text{copies/ml}>$  um den Konsenswert aller Ringversuchsteilnehmer liegen, gemäß den Anforderungen der Rili-BÄK.*

Das Zertifikat gilt ab: August 2023

Prof. dr. Hubert G.M. Niesters  
QCMD Executive Coordinator  
24.08.2023

