



**QCMD**  
Quality Control for Molecular Diagnostics

## Zertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass

**Max von Pettenkofer-Institute, Virology  
Ludwig Maximilians Universitaet  
Munich, Germany**

**im Ringversuch**

QCMD 2026 Human Immunodeficiency Virus RNA EQA Scheme - Challenge C1

**bei folgenden Untersuchungen die Anforderungen erfüllt hat:**

Test category	Regulatory	Performance level	Validity of certificate
Quantitative	Rili-BÄK B3	Acceptable	12 months

*Rili-BÄK-pflichtige Parameter sind entsprechend gekennzeichnet*

*Eine akzeptable Performance ist wie folgt definiert:*

*Qualitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen richtig bestimmt worden sein.*

*Quantitative Ergebnisangaben – Alle Pflichtproben (CORE) müssen innerhalb des Bewertungsintervalls  $<+/-0.6> \log_{10}$   $<\text{copies/ml}>$  um den Konsenswert aller Ringversuchsteilnehmer liegen, gemäß den Anforderungen der Rili-BÄK.*

Das Zertifikat gilt ab: März 2026



Prof. dr. Hubert G.M. Niesters  
QCMD Executive Coordinator  
14.04.2026