

Ringversuch: **MaMulmm1/26**
im Monat: **März 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0006107**
Gültig ab: **07.03.26**



Seite 1 von 3

Max von Pettenkofer-Institut
Klinische Virologie
Patricia Späth
Marchioninstr. 54
81377 München



Bonn, 24. März 2026

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur Masern-Mumps-Serologie teilgenommen haben. Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2027. Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-Masern IgG
Anti-Masern IgM
Anti-Mumps IgG
Anti-Mumps IgM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kohse, K.P.'.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Kessler'.

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Gemein'.

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 24.03.26 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Masern Mumps Serologie 1/26 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1 Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:neg, Mumps IgM:neg

Probe 2 Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg

Probe 3 Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg

Probe 4 Patientenprobe: Masern IgG:neg, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg

Anti-Masern IgG

Erfolgsquote 78/83 => 93 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	83 ●	0	0
Probe 2	83 ●	0	0
Probe 3	79 ●	4	0
Probe 4	1	0	82 ●

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	46	
Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	14	3
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	6	
Euroimmun(5)	Eurolab Workstation(37)	2	1
DiaSorin(77)	Liaison(9)	2	
Euroimmun(5)	manuell(98)	1	
Andere, others(99)	Alegria(32)	1	
Sebia(101)	Alegria(32)	1	
Novatec(187)	manuell(98)	1	
Biognost(192)	Analyzer I(28)	1	
Virion/Serion(244)	DSX(29)	1	
PerkinElmer Auto DELFIA(245)	SERION Immunomat(18)	1	
Demeditec Diagnostics(270)	andere(99)	1	
Vircell(275)	andere(99)	0	1

Anti-Masern IgM

Erfolgsquote 59/59 => 100 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	59 ●
Probe 2	0	0	59 ●
Probe 3	0	0	59 ●
Probe 4	0	0	59 ●

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	35	
Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	8	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	4	
Euroimmun(5)	Eurolab Workstation(37)	3	
DiaSorin(77)	Liaison(9)	1	
Andere, others(99)	Alegria(32)	1	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	1	
Novatec(187)	manuell(98)	1	
Biognost(192)	Analyzer I(28)	1	
Virion/Serion(244)	DSX(29)	1	
PerkinElmer Auto DELFIA(245)	SERION Immunomat(18)	1	
Demeditec Diagnostics(270)	andere(99)	1	
Vircell(275)	andere(99)	1	

Anti-Mumps IgG

Erfolgsquote 62/66 => 93 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	1	0	65 ●
Probe 2	66 ●	0	0
Probe 3	63 ●	0	3
Probe 4	65 ●	0	1

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	35	2
Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	9	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	5	
Euroimmun(5)	Eurolab Workstation(37)	2	
Sebia(101)	Alegria(32)	2	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	1	1
Euroimmun(5)	manuell(98)	1	
Euroimmun(5)	andere(99)	1	
Andere, others(99)	Alegria(32)	1	
Novatec(187)	manuell(98)	1	
Biognost(192)	Analyzer I(28)	1	
Virion/Serion(244)	DSX(29)	1	
PerkinElmer Auto DELFIA(245)	SERION Immunomat(18)	1	
Demeditec Diagnostics(270)	andere(99)	1	
Vircell(275)	andere(99)	0	1

Masern Mumps Serologie 1/26 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Probe 1	Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:neg, Mumps IgM:neg
Probe 2	Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg
Probe 3	Patientenprobe: Masern IgG:pos, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg
Probe 4	Patientenprobe: Masern IgG:neg, Masern IgM:neg; Mumps IgG:pos, Mumps IgM:neg

Anti-Mumps IgM

Erfolgsquote 52/53 => 98 %

Benutzte Systeme:

n(r) **n(br)** **n(f)**

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	53 ●
Probe 2	0	0	53 ●
Probe 3	0	0	53 ●
Probe 4	1	0	52 ●

DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	29	1
● Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	8	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	3	
Euroimmun(5)	Eurolab Workstation(37)	2	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	2	
Andere, others(99)	Alegria(32)	1	
Sebia(101)	Alegria(32)	1	
Novatec(187)	manuell(98)	1	
Biognost(192)	Analyzer I(28)	1	
Virion/Serion(244)	DSX(29)	1	
PerkinElmer Auto DELFIA(245)	SERION Immunomat(18)	1	
Demeditec Diagnostics(270)	andere(99)	1	
Vircell(275)	andere(99)	1	